

คุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นทำแผล

.....

๑. ความต้องการ รถเข็นทำแผล  
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับทำแผล  
๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีล้อ  
๓.๒ โครงสร้างทำด้วยเหล็กสแตนเลส มีพื้น ๒ ชั้น  
๓.๓ ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ ๗ ที่มีที่วางกระปุกสำลี ประมาณ ๓ ที่  
๓.๔ ชั้นล่างมีลิ้นชัก ๒ ช่อง  
๓.๕ มีราวสแตนเลสกันกั้นของหล่น ๓ ด้าน ทั้ง ๒ ชั้น  
๓.๖ ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อ  
๓.๗ มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่  
๓.๘ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๗ x ๒๙ x ๓๒ นิ้ว  
๓.๙ อุปกรณ์ประกอบ
- |                          |   |    |
|--------------------------|---|----|
| (๑) ถาดสแตนเลสพร้อมฝาปิด | ๑ | ใบ |
| (๒) อ่างกลมสแตนเลส       | ๑ | ใบ |
| (๓) ถังสแตนเลสพร้อมฝาปิด | ๑ | ใบ |

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
๔.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต่อพงษ์ เลิศกุลกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศุรดาทวีพร มงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิตต์อารี สิริใหม่)